




Drehmomentangaben für das ASTRA TECH Implant System™ EV

Insertionsverfahren	Empfohlenes Drehmoment	
Implantatinsertion	≤ 45 Ncm	
Einheitskomponenten	Handfest fixieren (5 – 10 Ncm)	
Provisorien – alle Niveaus	15 Ncm	
Definitive Versorgung – Implantatniveau	25 Ncm	
Definitive Versorgung – Abutmentniveau	15 Ncm	